

കാട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ SKIN OP-യിൽ Cosmetic Procedure ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോടു കൂടിയ Spot Light വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സമാനമേഖലയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള വ്യക്തികളിൽ/സമാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാധിഷ്ഠിതമായ കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കാട്ടേഷനുകൾ സ്വന്തം ലെറ്റർ ഹെഡുകളിൽ തയ്യാറാക്കി "Quotation for Spot Light" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി "സൂപ്രണ്ട്, ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം" എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് 24.12.2024 രാവിലെ 11.30 ന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അന്നേ ദിവസം വൈകീട്ട് 03.30-ന് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കാട്ടേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിനോ റദ്ദുചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.



[Handwritten signature]
സൂപ്രണ്ടിനു വേണ്ടി

നോട്ടീസ് ബോർഡ്

പകർപ്പ്:

1. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ & ചെയർമാൻ, ആശുപത്രി വികസന സമിതി (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
2. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), എറണാകുളം(ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
3. സെക്രട്ടറി, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, കൊച്ചി
4. തഹസീൽദാർ, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണയന്നൂർ
5. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, എറണാകുളം
6. സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി / താലൂക്ക് ആശുപത്രി / സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി ആലുവ / ഫോർട്ട് കൊച്ചി / തൃപ്പൂണിത്തുറ / മട്ടാഞ്ചേരി
7. ഫയൽ / സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ

Specification of Spot Light

- Should be movable on wheel atleast 2 wheels with break.
- Should be able to adjust position.
- Should use LED light source.
- It should have a minimum light intensity of 50,000 lux at 30 cm.
- It should have 4300 chromaticity.
- CRI should be minimum 90.
- It should have field size of atleast 11cm at a distance 30 cm from the light head.
- It should have ON/OFF switch.
- Colour temperature should be 4000k to 5000k.
- Stand height should be able to adjust horizontally and vertically.
- Power supply should be SMPS.
- The flexible arm should be adjustable easily to focus at different heights, especially deep inside the patient when lithotomy position.
- Should have safety certificate from a competent authority CE issued by a notified body registered in the European Commission.
- ~~Should have safety certificate from a competent authority CE issued by a notified body registered in the European Commission.~~