

ഇ - ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള മൾട്ടിപാര മോണിറ്റർ - 35 എണ്ണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത വ്യക്തികളിൽ/സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മൽസരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവമുള്ള ഇ-ടെണ്ടറുകൾ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അടങ്കൽ തുക	Rs. 22,31,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില	4500/- രൂപ.
നിരത റൂവ്യൂ നിക്ഷേപം (EMD)	22310/- രൂപ.
ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	30.01.2025 വൈകിട്ട് 05.00 മണി
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി	05.02.2025 രാവിലെ 11.30 മണി

(GST തുക നേരിട്ട് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്)

GST IN: 32AAAGG5347K1ZG

പ്രസ്തുത സേവനത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ടെണ്ടർ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. വ്യക്തി/സ്ഥാപനം ആശുപത്രി സുപ്രണ്ടുമായി 200/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതും, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ 25,000/- രൂപ ആശുപത്രി വികസന സമിതി ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.


മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെയും കാരണം കാണിക്കാതെയും ഭാഗികമായോ, പൂർണ്ണമായോ ടെണ്ടർ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ആശുപത്രി സുപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

കുറിപ്പ്:

1. ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ തീരുമാനം ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
2. ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി/സ്ഥാപനം ആശുപത്രി സുപ്രണ്ടുമായി 200/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതും, മൊത്തം ടെണ്ടർ തുകയുടെ 5% പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇനത്തിൽ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്
3. നിയമാനുസൃതമായ ടെണ്ടർ ഫീ, നിരതദ്രവ്യം(EMD) എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്, രെജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ

ടെണ്ടറിനൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ടെണ്ടർ ഫീ, നിരതദ്രവ്യം(EMD) എന്നിവ നിർബന്ധമായും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

4. പ്രസ്തുത ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന അറിയാവുന്നതാണ്.
5. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും GO(P)NO. 3/2013/SPD, Dated: 21.06.2013 ന് വിധേയമായിരിക്കും.
6. ഇ-ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും സൂപ്രണ്ട്, ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും.
7. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്.


സൂപ്രണ്ട്

നോട്ടീസ് ബോർഡ്

പകർപ്പ്:

1. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ & ചെയർമാൻ, ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
2. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), എറണാകുളം(ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
3. സെക്രട്ടറി, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, കൊച്ചി
4. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണ്ണയന്നൂർ
5. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, എറണാകുളം
6. സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി / താലൂക്ക് ആശുപത്രി / സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി ആലുവ / ഫോർട്ട് കൊച്ചി / തൃപ്പൂണിത്തുറ / മട്ടാഞ്ചേരി
7. ഫയൽ / സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ

SPECIFICATIONS OF MULTIPARA MONITOR FOR DIALYSIS BLOCK

1. ECG/HR
2. RESPIRATORY RATE
3. SPO2
4. PULSE RATE
5. NIBP
6. NEED LCD screen with 12.1 inches.
7. Should have built-in-high capacity battery with over 2 hour
8. Should include the following accessories:
 - 5 Lead ECG cable – Adult
 - SPO2 Finger probe- Adult
 - NIBP cuff and Hose – Adult
 - Power cord-EU standard
 - Wall Mount Stand.