

കാട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ Central Lab ലേക്ക് ആവശ്യമായ Infrared Loop Steriliser ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ സാധനമേഖലയിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളിൽ/സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്ര വെച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കാട്ടേഷനുകൾ സ്വന്തം ലെറ്റർ ഹെഡുകളിൽ തയ്യാറാക്കി “കാട്ടേഷൻ - ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റെറിലൈസർ .” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “സൂപ്രണ്ട്, ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം” എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് 28.06.2025 രാവിലെ 11.30 ന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അന്നേ ദിവസം വൈകീട്ട് 03.30-ന് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കാട്ടേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിന് താഴെ ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.



[Handwritten signature]
13/06/25
സൂപ്രണ്ടിനു വേണ്ടി

നോട്ടീസ് ബോർഡ്

പകർപ്പ്:

1. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ & ചെയർമാൻ, ആശുപത്രി വികസന സമിതി (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
2. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ,(ആരോഗ്യം) എറണാകുളം(ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
3. സെക്രട്ടറി, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, കൊച്ചി
4. തഹസീൽദാർ, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണ്യാമ്പറ്റർ
5. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, എറണാകുളം
6. സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി / താലൂക്ക് ആശുപത്രി / സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി ആലുവ / ഫോർട്ട് കൊച്ചി / തൃപ്പൂണിത്തുറ / മട്ടാഞ്ചേരി
7. ഫയൽ / സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ

SPECIFICATIONS OF INFRARED LOOP STERILIZER

- Sterilization time should be 5 – 7 seconds.
- It should as a power supply of 150-240 watts and voltage should be 110 to 220 volts AC.
- It should have a temperature range of 400⁰c/ 850⁰c.
- Warm – up time must ranges from 5 – 10mins.



1111 / 13/06/25
For Superintendent

(S)