

ഇ - ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ENT വിഭാഗത്തിലെ Vertigo Clinic ലേക്ക് ആവശ്യമായ CRANIO OCULO GRAPHY (COG) with accessories വാങ്ങുന്നതിനായി അംഗീകൃത വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മൽസരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവമുള്ള ഇ-ടെണ്ടറുകൾ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിതരണം ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

അടക്കൽ തുക	Rs.9,72,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില	Rs.2000/-രൂപ/- + GST
നിരത ദ്രവ്യ നിക്ഷേപം (EMD)	Rs.9720/-രൂപ/-
ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാനിക്കുന്ന തീയതി	27 /09/2025 വൈകിട്ട് 05.00 മണി
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി	30 /09/2025 രാവിലെ 11.30 മണി

(GST തുക നേരിട്ട് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്)

GST IN: 32AAAGG5347K1ZG

മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ ഭാഗികമായോ, പൂർണ്ണമായോ ടെണ്ടർ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

കുറിപ്പ്:

1. ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ തീരുമാനം ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
2. നിയമാനുസൃതമായ ടെണ്ടർ ഫീ, നിരതദ്രവ്യം(EMD) എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്, രെജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ ടെണ്ടറിനൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ടെണ്ടർ ഫീ, നിരതദ്രവ്യം(EMD) എന്നിവ നിർബന്ധമായും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
3. പ്രസ്തുത ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന അറിയാവുന്നതാണ്.
4. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും GO(P)NO. 3/2013/SPD, Dated: 21.06.2013 ന് വിധേയമായിരിക്കും.
5. ഇ-ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും സൂപ്രണ്ട്, ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും.
6. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്.



സൂപ്രണ്ട്



Specification Of CRANIO OCULOGRAPHY (COG)

- It should have a head mounted eye and head tracking system.
- It should have be light weight (less than 400g) and also field of view (80 degrees horizontal and 60 degrees vertical).
- It must have cameras native resolution (1280 p * 1024 p) or better.
- It should have a recording rate of 120 fps in each camera or better.
- It should have single IR LED illumination for each eye to minimize exposure of eyes to IR energy.
- It should have direct eye video capture without any need for obtrusive IR reflective glass.

Specification Of LAPTOP

Processor	Intel core i7.13 th Gen or higher (13620H, 13700H, 14700H etc.)
Memory	SSD 512 GB/ 1TB
RAM	16 GB
Clock Speed	3 GHz or higher
Integrated Graphics	Intel Iris Xe
Dedicated Graphics	NVIDIA RTX 3060 or higher
Display	15.6 inch
USB Ports	2* USB 3.0
HDMI port	1
OS	Windows 10/ Windows11

Specification Of TV size chart & Setup guide

Size(Inches)	Distance from subject (cm)	Bottom of the TV from ground (cm)
32"	55	97.5


Superintendent