

ഇ - ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ CT/MRI വിഭാഗത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ Printer-ന് ആവശ്യമായ 8 x 10, 10 x 12, 14 x 17 അളവുകളിലുള്ള ഫിലിമുകൾ ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അംഗീകൃത വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മൽസരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവമുള്ള ഇ-ടെണ്ടറുകൾ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അടങ്കൽ തുക	41,00,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില	7,000/- + GST
നിരത ദ്രവ്യ നിക്ഷേപം (EMD)	41,000/-
ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	26.09.2025 വൈകീട്ട് 05.00
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി	30.09.2025 രാവിലെ 11.30

(GST തുക നേരിട്ട് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്)

GST IN: 32AAAGG5347K1ZG

മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ ഭാഗികമായോ, പൂർണ്ണമായോ ടെണ്ടർ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

കുറിപ്പ്:

1. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ടെണ്ടർ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്.
2. ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കായി പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിശ്ചിത എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
3. നിയമാനുസൃതമായ ടെണ്ടർ ഫീ, നിരതദ്രവ്യം(EMD) എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്, രെജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ ടെണ്ടറിനൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ടെണ്ടർ ഫീ, നിരതദ്രവ്യം(EMD) എന്നിവ നിർബന്ധമായും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
4. ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി/സ്ഥാപനം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടുമായി 200/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതും, മൊത്തം ടെണ്ടർ തുകയുടെ 5% പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇനത്തിൽ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.
5. പ്രസ്തുത ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന അറിയാവുന്നതാണ്.
6. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും GO(P)NO. 3/2013/SPD, Dated: 21.06.2013 ന് വിധേയമായിരിക്കും.

7. ഇ-ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും സൂപ്രണ്ട്, ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും.
8. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

നോട്ടീസ് ബോർഡ്
പകർപ്പ്:



സൂപ്രണ്ടിനു വേണ്ടി

1. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ & ചെയർമാൻ, ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
2. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), എറണാകുളം (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
3. സെക്രട്ടറി, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, കൊച്ചി
4. തഹസീൽദാർ, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണയന്നൂർ
5. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, എറണാകുളം
6. സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി / താലൂക്ക് ആശുപത്രി / സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി ആലുവ / ഫോർട്ട് കൊച്ചി / തൃപ്പൂണിത്തുറ / മട്ടാഞ്ചേരി
7. ഫയൽ / സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ

നമ്പർ സി 1-2792/2024

ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം
തീയതി : 09.09.2025

ഇ - ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ CT/MRI വിഭാഗത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ Printer-ന് ആവശ്യമായ 8 x 10, 10 x 12, 14 x 17 അളവുകളിലുള്ള ഫിലിമുകൾ ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അംഗീകൃത വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മൽസരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവമുള്ള ഇ-ടെണ്ടറുകൾ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അടങ്കൽ തുക	41,00,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില	7,000/- + GST
നിരത ദ്രവ്യ നിക്ഷേപം (EMD)	41,000/-
ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	26.09.2025 വൈകിട്ട് 05.00
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി	30.09.2025 രാവിലെ 11.30

ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രം ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്



സുപ്രഭാഷിനു വേണ്ടി

SPECIFICATION

1. Dimension should be of 72.8 x 71.5 x 53.6 cm (H=67.6 cm with output tray) [w x d x h].
2. The weight must be 90kg (198 Ibs) without film.
3. Power requirements needed as 100-240 V, 50/60 Hz as auto ranging.
4. Power consumption must be 250W for printing, 530W for peak, 70W for standby.
5. Capacity of supply tray : 100 sheets per supply tray.
6. Operating temperature must be 15-30xC and Humidity be 20-75% RH, non condensing.
7. Must follow the safety conditions IEC 60601-1, UL 6060-1
8. Must needed the safety label of UL, CUL, TUV- mark.
9. Film size must be 14 x 17 inch.

Printer of X-Ray for Radiology

- Same as the specifications of printer of CT/MRI from 1 to 8
- Needed compatible for DT2B films
- Film size must be 10 x 12 inches and 8 x 10 inches.




For Superintendent