

കാട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന Trocar and Cannula for Arthroscopic Surgery ഒരേണ്ണം വിതരണം ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനായി സമാനമേഖലയിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളിൽ/സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്ര വെച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

കാട്ടേഷനുകൾ സ്വന്തം ലെറ്റർ ഹെഡുകളിൽ തയ്യാറാക്കി “Quotation for Trocar and Cannula for Arthroscopic Surgery” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “സൂപ്രണ്ട്, ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം” എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് 21.10.2025 രാവിലെ 11.30 ന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അന്നേ ദിവസം വൈകീട്ട് 03.30-ന് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കാട്ടേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിന് താഴെ ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

നോട്ടീസ് ബോർഡ്



സൂപ്രണ്ടിന് വേണ്ടി

പകർപ്പ്:

1. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ & ചെയർമാൻ, ആശുപത്രി വികസന സമിതി (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
2. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (ആരോഗ്യം) എറണാകുളം (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
3. സെക്രട്ടറി, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, കൊച്ചി
4. തഹസീൽദാർ, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണ്ണമ്പുഴ
5. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, എറണാകുളം
6. സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി / താലൂക്ക് ആശുപത്രി / സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി ആലുവ / ഫോർട്ട് കൊച്ചി / തൃപ്പൂണിത്തുറ / മട്ടാഞ്ചേരി
7. ഫയൽ / സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ

Specifications for Trocar and Cannula for Arthroscopic Surgery

- The unit must be intended for use with Stryker arthroscopy systems to ensure precision, compatibility and durability during minimally invasive orthopedic surgeries.
- The measurement must be 5.8mm.
- Must provide a secure and leak-proof access point during arthroscopy.
- Should withstand repeated sterilization cycles without corrosion or loss of precision.
- The unit shall be compatible with all standard Stryker arthroscopic Systems.




For superintendent